

Zertifikat

VDB-Gesamtsporen-Ringversuch 2025 Gesamtsporenbestimmung aus Raumluft Probenaustausch von beladenen Objektträgern

Herr Samuel Dippold

Fürther Str. 246c
90429 Nürnberg
onsite.ai GmbH

hat am Probenaustausch von beladenen Objektträgern des Berufsverband Deutscher Baubiologen VDB e. V.

mit Erfolg teilgenommen.

Für eine erfolgreiche Teilnahme am Ringversuch waren von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern mindestens 5 von den 7 möglichen Punkten zu erzielen.


Sporentyp	$\bar{X}$ der Ergebnisse der Referenzlabore	Anzahl der bestimmten Sporen	Abweichung vom $\bar{X}$ der Referenzlabore [%]	Zulässige Abweichung [%]	Punkte
Typ Asp./Pen.	123,0	133	8,1	25	1
Typ Curvularia	83,3	71	-14,8	25	1
Typ Epicoccum	58,7	53	-9,7	20	1
Typ Scopulariopsis	134,7	116	-13,9	25	1
Typ Serpula	117,7	102	-13,3	20	1
Myzel	12,0	13	8,3	60	1
Summe	556,0	524	-5,8	20	1

Bei der Auswertung war durch die Teilnehmenden mit dem Objektiv 100 x die Anzahl der vorgegeben Sporentypen auf der mittels einer Schablone nur z. T. beaufschlagten Längsspur zu ermitteln.

Das Labor hat 7 Punkte erzielt. Die Eignung der ausgewählten Objektträger wurde zuvor von drei Referenzlaboratorien überprüft.

Das Zertifikat ist gültig bis 31. Dezember 2026. Dem Zertifikat liegt eine Auswertung des VDB-Gesamtsporen-Ringversuch 2025 bei.

Jesteburg, 21.07.2025


Uwe Münzenberg
Vorstand VDB e. V.
Ringversuchsleiter


Dr. Ing. Beate Mattuschka
Auswerterin des Ringversuchs


Dr. Thomas Gabrio
Auswerter des Ringversuchs